



ALCOHOLIMETRO DE SUCCION DE BOMBA RAPIDA AT-7100

El



Descripcion

probador de alcohol por succión de bomba, AT7100 adopta un sensor de celda de combustible como su componente central que puede inspeccionar con precisión la concentración del alcohol en el aliento, con una respuesta rápida.

CARACTERISTICAS

- Método de prueba de succión de bomba
- Sin necesidad de boquillas, limpieza e higiene.
- Batería de litio de 3,7 V / 5000 mAh
- Bastón de tráfico con indicación blanca y roja
- Precisión: $\pm 0,01$ a $0,05\%$ BAC
- Pantalla: LCD de 1,44 pulgada
- Precisión y confiabilidad del sensor de celda de combustible
- Unidades de resultado conmutables (mg / l, g / l, % BAC, ‰ BAC) y escala de temperatura ($^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$)

APLICACIONES

Comisaría, gestión del tráfico, fábrica, taller, oficina, coche, hotel, mina, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de sensor	Pruebas de registros
Rango de detección	0.00 - 0.40% BAC, 0.00-4.00 ‰ BAC 0.00 - 2.00 mg / L; 0.00 - 4.00 g / L
Exactitud	± 0.01 al 0.05% BAC
Nivel preestablecido	BAC al 0.05% ; 0.50 ‰ BAC; 0.25 mg / L; 0.50 g / l
Tiempo de calentamiento	<5 segundos
Tiempo de prueba	<5 segundos
Monitor	LCD de 1,44 pulgadas
Poder	Batería de litio de 3,7 V / 5000 mAh
Ambiente de trabajo	0°C - 50°C , $\leq 95\%$ RH, sin rocío
Tiempo de trabajo	5 horas
Dimensiones	410 mm x 52 mm x 52 mm a 330 g
Pruebas de registros	100